

Verfahrens- und chargenspezifischer Zielwert

Diese Wertetabelle enthält einen spezifisch für die genannte Kombination aus System, Reagenz- und Kontrollcharge festgelegten Zielwert. Dieser kann von dem über Systeme und Reagenzchargen übergreifend gültigen Wert abweichen, der in der jeweiligen Sollwertetabelle aus der Kontrollpackung angegeben wird.

System	BN™II	Analyt	Transferrin
---------------	-------	---------------	-------------

Kontrolle	N/T PROT CONTROL SL/H	LOT	084866
Reagenz	N AS TRF	LOT	153404

Einheit	Zielwert	Zulässige Abweichung¹
g/L	3.78	3.48 – 4.08

¹ Gemäß zulässiger relativen Abweichung nach RiliBÄK (2008), Tabelle B 1a-c, Spalte 3: $\pm 8\%$